



## White Pearl

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, weiß  
Puderfrei, Unsteril, Latexfrei



### Technisches Datenblatt

Rev.: 04-2011



**Material:** Synthetiklatex

**Prüfparameter:**

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitestest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

**Maße:**

Größe	XS	S	M	L	XL
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

**Materialstärke:**

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,07 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,07 ± 0,02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,10 ± 0,02

**Physikalische Eigenschaften:**

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißfestigkeit (N)	min. 6,0	min. 6,0

**Puder:** Ungepudert

**Proteingehalt:** keine Proteine enthalten

**Manschette:** Umbördelt

**Design:** Beidhändig

**Oberfläche:** Angeraute Fingerspitzen

**Farbe:** Weiß

**Qualitätssicherung:** Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1-3  
Hergestellt gemäß GMP.

**Verpackung:** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis:** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.