

Premium

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl
Puderfrei, Unsteril, Latexfrei



Technisches Datenblatt

Rev.: 06-2007



Material: P.V.C.

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Größe	XS	S	M	L	XL
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 – 0,14 mm
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 – 0,14 mm
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,08 – 0,13 mm

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	4,8
Reißdehnung (%)	350

Puder: Ungepudert

Proteingehalt: keine Proteine enthalten

Manschette: Umbördelt

Oberfläche: Glatt

Design: Beidhändig

Farbe: transparent

Qualitätssicherung: gemäß EN 455 Teil 1 - 3, AQL 1,5

Verpackung: 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.