



Premium 300

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl
Extra lang, Puderfrei, Unsteril, Latexfrei



Technisches Datenblatt

Rev.: 02-2010



Material: P.V.C.

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Größe	S	M	L	XL
Breite	80 ± 15 mm	95 ± 15 mm	110 ± 15 mm	110 mm
Länge	min 300	min 300	min 300	min 300

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 min.
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 min.
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,08 min.

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	
Reißfestigkeit	9 MPa min.
Dehnbarkeit	350 % min.

Puder: Ungepudert

Proteingehalt: keine Proteine enthalten

Manschette: Umbördelt

Oberfläche: Glatt

Design: Beidhändig

Farbe: transparent

Qualitätssicherung: gemäß ASTM D 3577/91, EN 455 Teil 1 - 3, AQL 1,5

Verpackung: 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.