



## Standard

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl  
Vorgepudert, Unsteril, Latexfrei



## Technisches Datenblatt

Rev.: 02-2010



**Material:** P.V.C.

**Prüfparameter:**

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

**Maße:**

Größe	XS	S	M	L	XL
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm	250 ± 10 mm

**Materialstärke:**

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 – 0,14 mm
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 – 0,14 mm
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,08 – 0,13 mm

**Physikalische Eigenschaften:**

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	4,8
Reißdehnung (%)	350

**Puder:** Maismehlpuder

**Proteingehalt:** keine Proteine enthalten

**Manschette:** Umbördelt

**Oberfläche:** Glatt

**Design:** Beidhändig

**Farbe:** transparent

**Qualitätssicherung:** gemäß EN 455 Teil 1 - 2, AQL 1,5

**Verpackung:** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis:** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.