



Standard Blue

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, blau
Vorgepudert, Unsteril, Latexfrei



Technisches Datenblatt

Rev.: 02-2010



Material: P.V.C.

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Größe	S	M	L	XL
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 - 0,14
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 - 0,14
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,08 - 0,13

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	11
Reißdehnung (%)	400

- Puder:** Maismehlpuder
Proteingehalt: keine Proteine enthalten
Manschette: Umbördelt
Oberfläche: Glatt
Design: beidhändig
Farbe: Blau
Qualitätssicherung: gemäß EN 455 Teil 1 - 2, AQL 1,5
Verpackung: 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton
Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.